

---

**PE 034/2023 UASG 461773 ITEM 01**

---

**Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde** <cirurgicasaofelipe@uol.com.br>  
Para: licitacaosaudepadua@gmail.com

16 de janeiro de 2024 às 09:3

Bom dia, prezados, item 01 vai ser aceito qual tamanho de tela no monitor multiparamétrico?

**\*FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO\***

Att,

Dpto de Licitações  
Cirúrgica São Felipe  
(41) 3354-1001

**\* Informamos que entraremos em férias coletivas a partir de 18/12 retornando em 15/01.**

**Boas Festas! \***

1

---

**PE 034/2023 UASG 461773 ITEM 01**

---

licitacaosaude padua <licitacaosaudepadua@gmail.com>  
Para: Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde <cirurgicasaofelipe@uol.com.br>

16 de janeiro de 2024 às 16:1

**Boa tarde!!**

O solicitante de forma sintetizada postula os seguintes esclarecimentos:

O item 01 vai ser aceito qual tamanho de tela no monitor multiparamétrico? .

E diante dos argumentos trazidos, necessária foi a realização de **diligências** a fim de instruir os esclarecimentos, haja vista se tratar de questões técnicas afetas ao objeto licitado.

É o que estabelece a parte inicial do **art. 43, § 3º do Estatuto das Licitações**, pelo qual é facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a **esclarecer** ou a **complementar** a instrução do processo.

E conforme a cláusula **25.12.** do **EDITAL 034/2023**, o **PREGOEIRO** poderá solicitar manifestação da Assessoria Jurídica, Controle Interno ou de outros Departamentos, bem como de servidores e/ou técnicos especializados que julgar necessários para subsidiar suas respectivas decisões.

À luz desse dispositivo, a solicitação de esclarecimentos foi encaminhada ao **SETOR DEMANDANTE** para análise e manifestação.

O **SETOR DEMANDANTE** assim informou:

“Em atendimento à solicitação de esclarecimentos realizada pela empresa **CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE**, informamos que o ideal do tamanho da **TELA DO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO** é de 13 a 20 polegadas.

Ressalta-se, por oportuno, que se trata **apenas** de uma sugestão, haja vista que a descrição do **item 001** do **EDITAL 034/2023** não traz as informações acerca do tamanho da **TELA DO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO**.

E assim sendo, será classificada a proposta que atender a especificação prevista no **item 001** do **EDITAL 034/2023**, independentemente do tamanho da **TELA DO MONITOR MULTIPARAMÉTRICO** que o licitante ofertar, porquanto não foi descrito no ato convocatório.

De todo o exposto, espera a Administração Municipal ter prestado os esclarecimentos solicitados.

**At.te****Departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde**